

Mitteilung

WKP-Mängel an den Labor-/Isotopenabzügen

Am 01.10.2024 wurde im radiochemischen Labor der Entsorgungsbetriebe eine Wiederkehrende Prüfung (WKP) an den Labor-/Isotopenabzügen durchgeführt. Bei dieser Prüfung wurden an sieben Abzügen geringfügige Mängel festgestellt.

Arbeiten an den Abzügen sind bis zur Beseitigung der Mängel unter arbeitsbegleitenden Kontrollen weiterhin möglich.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.